



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO



Fecha: 12 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SI CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
118	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> debido a que las dimensiones que oferta 1.60 x 60 x 175 cm y las solicitadas son de 1.65x 57.15x 203.2 cm.
119	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que la medida que oferta es de 2.40mts. y la solicitada de 1.82 mts.
120	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
123	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
118	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
119	Instrumel, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que las medida que oferta son de 2.40x 90 x 90 cms. y las solicitada es de 1.82x 76 x 91 cms..
120	Instrumel	X	
119	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , debido que en el catálogo no especifica si cuenta con tubería de drenaje ni la preparación para instalar un triturador, y el dibujo que presenta del fregadero indica que es

			del lado contrario al solicitado en el Anexo Técnico No. 1
114	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	X	
114	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
115	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
116	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
117	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
114	Pranatec, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que oferta 1.22 mts. y la solicitada es de 1.40 mts.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dr. Ramón Rivera Barreno	Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	17 de junio de 2024	1 de junio de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 13 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
124	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dr. Ramón Rivera Barreno	Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
125	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	
125	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> debido a que oferta un modelo monocular y el solicitado es binocular.
125	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el modelo que oferta es con objetivos semiplanos y lo solicitado son objetivos planos.
125	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
125	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
125	Química Tech, S.A de C.V.	X	
125	El Crisol, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el modelo que oferta es con objetivos semiplanos y lo solicitado son objetivos planos.
125	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		 
Nombre	Dr. José Alberto López Díaz	Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el punto 6.5.9 de las bases de licitación y después de haber realizado la revisión *cuantitativa detallada* de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
15	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	\$
16	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
17	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
18	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
19	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	\$
20	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
22	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	\$
23	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
24	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
25	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	



CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		 
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylon Monarrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
COORDINACIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ


DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
----------------------------	--	---	---

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el punto 6.5.9 de las bases de licitación y después de haber realizado la revisión *cuantitativa detallada* de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
15	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	B
16	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	D
17	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no cumple con el rango de temperatura de 3 a 9 grados y lo solicitado es de -3 a 9 grados.
18	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	F
22	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no oferta el soporte del lecto de venas de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
23	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	D
25	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	D

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		 
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **calitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
14	Lina Health Providers, S.A. de C.V.	X	⚡
15	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a la capacidad que oferta es de 22 litros y la solicitadas de 43 litros, las dimensiones internas ofertadas son de 260 x 235 x 360 mm y las solicitadas son de 350 x 350 x 350 m.
16	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no oferta los rotores móviles solicitados en el Anexo Técnico No. 1.
22	Lina Health Providers, S.A. de C.V.	X	
24	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que el equipo que oferta solo es para una prueba y el solicitado es para vitamina D, hemoglobina glicosilada de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1



CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---



DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el punto 6.5.9 de las bases de licitación y después de haber realizado la revisión *cuantitativa detallada* de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
20	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024



	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
15	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	X
17	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
18	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		X no cumple debido a que el congelador solicitado es vertical y el ofertado en horizontal.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		 
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
15	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
17	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
18	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	B



CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---


DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
15	Química Tech, S.A de C.V	X	
16	Química Tech, S.A de C.V	X	D
17	Química Tech, S.A de C.V	X	
18	Química Tech, S.A de C.V	X	
20	Química Tech, S.A de C.V	X	D
22	Química Tech, S.A de C.V	X	
23	Química Tech, S.A de C.V	X	
25	Química Tech, S.A de C.V	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
COORDINACIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO ACADÉMICO

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
15	El Crisol, S.A de C.V	X	
16	El Crisol, S.A de C.V	X	
20	El Crisol, S.A de C.V	X	
23	El Crisol, S.A de C.V	X	
25	El Crisol, S.A de C.V	X	\$



CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---


DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
17	Claudia Pamela López Bermúdez	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quím. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO ACADÉMICO

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
9	Pranactec, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
10	Pranactec, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que el equipo que está ofertando es óptico y el requerido es mecánico de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico No.1.
11	Pranactec, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
14	Pranactec, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
16	Pranactec, S.A. de C.V.	X	
17	Pranactec, S.A. de C.V.	X	
18	Pranactec, S.A. de C.V.	X	
21	Pranactec, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
23	Pranactec, S.A. de C.V.	X	



CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizo
Firma		
Nombre	Quim. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024

	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dirección General de Servicios Administrativos Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
---	---

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 03 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
9	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
10	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
11	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
12	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
13	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
14	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
20	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		X no cumple, debido que la cámara que oferta es de 2 megapíxeles y la solicitada es de 5 a 8 megapíxeles.
21	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	

22	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		X no cumple debido a que no oferta el soporte solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
23	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
24	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
25	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Quím. Jorge Alberto Baylón Monárrez	Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	03 de junio de 2024	03 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 13 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
129	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que las dimensiones que oferta son de 27x 43x 34 cms., y las solicitadas son de 13.8x 23x 15.8 pulgadas, el peso ofertado es de 6 kilos y lo solicitado es de 13.62 kilos
133	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
134	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
137	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
138	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
140	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
142	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
143	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
144	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que en su propuesta técnica no especifica si es de doble costura.
147	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	

149	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
150	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
151	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
131	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
132	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
134	Claudia Pamela López Bermúdez	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Maria Alicia Herrera Hernández	Mtra. Mtra. Tayde Edith Mancillas Trejo
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 07 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
90	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
91	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
92	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
94	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
95	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dr. Edson Francisco Estrada Meneses	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar / Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	07 de junio de 2024	06 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 13 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
169	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
169	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
169	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
169	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
169	El Crisol S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dr. Christian Chapa González	Dra. Giselle de la Cruz Hermida
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ



DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 12 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
----------------------------	--	---	---

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el punto 6.5.9 de las bases de licitación y después de haber realizado la revisión cuantitativa detallada de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
127	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	
127	Lina Health Providers, S.A. de C.V		X No cumple, debido a que no tiene opción a trabajar sin electricidad (pilas recargables) de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
127	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no tiene opción a trabajar sin electricidad (pilas recargables) de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
127	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
127	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
127	Química Tech, S.A de C.V.	X	
127	El Crisol, S.A. de C.V.	X	
127	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dr. Victor Manuel Alonso Mendoza	Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	12 de junio de 2024	12 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 18 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
80	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
81	Claudia Pamela López Bermúdez	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	18 de junio de 2024	18 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
COORDINACIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
181	Claudia Pamela López Bermúdez	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Autorizó
Firma	
Nombre	Lic. Liliana Delgado Guzmán
Función	Responsable Técnico
Fecha	11 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ


DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 13 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
154	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
155	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
154	Caper Elaboración y Distribución, S. de R. L. M. I.	X	
155	Caper Elaboración y Distribución, S. de R. L. M. I.	X	
157	Caper Elaboración y Distribución, S. de R. L. M. I.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Mtra. Ingrid Berenice Tabares Vera	Mtra. Mtra. Tayde Edith Mancillas Trejo
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 13 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
156	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
156	Caper Elaboración y Distribución, S. de R. L. M. I.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Mtro. Danni Iglesias Díaz	Mtra. Mtra. Tayde Edith Mancillas Trejo
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 13 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
158	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
158	Caper Elaboración y Distribución, S. de R. L. M. I.	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Mtra. Anahi Solis Chavez	Mtra. Mtra. Tayde Edith Mancillas Trejo
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión ***cuantitativa detallada*** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
177	Samsara Tecnología y Soluciones, S.A. de C.V.	X	
177	Caper Elaboración y Distribución, S. de R.L. de M.I.	X	
177	Ceteñ Ideas, S. de R.L. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Gustavo Gutiérrez Zapata	Patricia Mendez Lona
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024

Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación

Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024

Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
55	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
56	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
57	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
58	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
59	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
60	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
61	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
64	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
66	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	<u>X no cumple debido a</u> que el modelo que oferta no coincide con las medidas especificadas en el anexo técnico (frente 68.5 x fondo 70 cm x 2 m de altura) 17.6 pies de capacidad.

73	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
77	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
78	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	D
79	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	\$

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
COORDINACIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
68	Lina Health Providers, S.A. de C.V	X	
69	Lina Health Providers, S.A. de C.V	X	
70	Lina Health Providers, S.A. de C.V	X	
71	Lina Health Providers, S.A. de C.V	X	
72	Lina Health Providers, S.A. de C.V	X	
74	Lina Health Providers, S.A. de C.V		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere si tiene tubo de acceso para administración de fluidos por vía intravenosa de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar/Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
73	Instrumel, S.A. de C.V	X	

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar/Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión ***cuantitativa detallada*** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
56	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
57	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
77	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO 1



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
56	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
57	Química Tech, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no especifica que este ofertando caja con 10 piezas y no trae olivas de repuesto de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
60	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
61	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
66	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
77	Química Tech, S.A. de C.V.		X No cumple, debido a que no cumple con las medidas solicitadas de 60 a 200 cms., oferta de 75 a 200 cms.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre		

	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including phrases like 'Comisión de...', 'Elaborado por...', and 'Revisado por...']

Partida	Descripción	Unidad	Valor
11	Salarios	1	1000000
12	Indiferente	1	500000
13	Material	1	200000
14	Equipos	1	150000
15	Transporte	1	100000
16	Comunicaciones	1	50000
17	Alquiler	1	50000
18	Seguros	1	50000
19	Impuestos	1	50000
20	Intereses	1	50000
21	Depreciación	1	50000
22	Amortización	1	50000
23	Reserva	1	50000
24	Provisión	1	50000
25	Reserva	1	50000
26	Provisión	1	50000
27	Reserva	1	50000
28	Provisión	1	50000
29	Reserva	1	50000
30	Provisión	1	50000

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including a signature area.]



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
44	DEPSYM S.R .de C.V.		X no cumple , debido a que no incluye la base para el método Von Hochstetter de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
47	DEPSYM S.R .de C.V.		X no cumple , debido a que no contiene licencia UNI y no señala si tiene escenario preprogramados de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
65	DEPSYM S.R .de C.V.	X	
68	DEPSYM S.R .de C.V.		X no cumple , debido a que oferta con bolsa de transporte y lo solicitado en con tapa protectora.
69	DEPSYM S.R .de C.V.		X no cumple , debido a que no oferta maleta con rueda de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
70	DEPSYM S.R .de C.V.	X	
74	DEPSYM S.R .de C.V.		X no cumple , no indica si se puede utilizar en conjunción con un paciente simulado, no indica si con presión digital puede detener el flujo de la sangre, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
COORDINACIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--


Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
36	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
37	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
38	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
39	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
40	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
41	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
42	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
43	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
44	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	

45	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
46	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
47	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
48	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
49	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
50	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
51	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
52	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
53	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
54	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
65	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
68	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.		<u>X no cumple</u> debido a que se solicitó tapa protectora y no estuche de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
69	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no contiene maleta con ruedas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
70	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
71	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.	X	
72	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que oferta el bolsa de transporte y no maletín de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
74	Aramed y Laboratorios, S. A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no indica si es posible la administración de fluidos, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
36	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
37	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no contiene cubierta abdominal transparente, solo tiene 1 cordón umbilical, no refiere la vulva y el cérvix dilatado, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
38	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no refiere 7 úteros intercambiables, 6 cuellos uterinos con anomalías, no refiere práctica de inserción y extracción de DIU, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
39	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
40	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
41	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	

42	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
43	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
44	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
45	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no refiere uso de software UNI, no refiere duración de vida de la batería interna del simulador de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
46	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que en su propuesta técnica no incluye especificaciones del simulador ofertado, solo muestra imagen y modelo.
47	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no refiere medidas del pc portátil (15 pulgadas), no cuenta con licencia UNI no cuenta con los escenarios solicitados (20), de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
48	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
49	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no refiere material del que esta hecho (resina dura y suave, libre de látex) ni la fuente de poder (ac100v 50/60hz), de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
50	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
51	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no indica la duración de la batería interna del simulador (10 horas dice en el anexo) de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
52 <i>(Ay)</i>	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no da características del sistema de realidad mixta, solo comenta que son lentes de realidad virtual Microsoft Hololens
53	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no refiere tiempo de vida de la batería interna (4 horas) no se convierte a paciente masculino como esta en el anexo técnico No. 1
54	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no indican la cantidad de lentes como se solicitó en el anexo técnico (total 4 por el paquete)
55	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
57	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no especifica que se esté ofertando caja con 10 de contenido, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
60	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
65	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
67	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	

68	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
69	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V		X no cumple , debido a que no contiene maleta con ruedas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
70	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
71	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
72	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
74	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
77	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	
79	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar / Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
36	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
37	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
38	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
39	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
40	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
41	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
42	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
43	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
44	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
45	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que la bolsa de transporte no contiene rueda para su traslado, no oferta el software UNI y no especifica el voltaje de la batería, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
46	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no especifica si el simulador se puede utilizar a distancia (300

			mts.) con el operador de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
47	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido que no especifica que tipo de software utiliza y la medida de la laptop no es de 15" de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
48	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
55	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
65	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
66	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no especifica presencia de congelador con puerta aislada y las medidas requeridas no corresponden a las solicitadas en el Anexo Técnico No. 1
68	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no incluye la tapa protectora, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
71	Pranatec, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
COORDINACIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
58	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
59	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
77	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
79	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 11 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
36	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
37	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
38	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
39	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
40	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
41	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
42	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
43	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple debido a que no especifica si cuenta regulador de presión venosa y si tiene acceso a la arteria subclavia, vena axilar y braquiocefálica de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
44	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple debido a que no contiene indicador para evaluar precisión de inyección

			de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
53	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple , debido a que no cuenta con batería recargable con duración de hasta cuatro horas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
56	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
57	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
60	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
61	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple , debido a que en su propuesta no especifica la marca y modelo que esta ofertando de acuerdo a lo solicitado en el en el Anexo Técnico No. 1.
62	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
64	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
72	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple , debido a que se solicitó maletín y oferta bolsa blanda.
74	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple , debido a que no refiere si tiene acceso para administración de fluidos por vía intravenosa.
75	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X no cumple , debido a que las medidas que oferta es de 166 cms. de altura y la solicitada es de 120 cms.
77	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)		X No cumple , debido a que no cumple con las medidas solicitadas de 60 a 200 cms., oferta de 75 a 200 cms.
79	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Luz María Velasco Silveyra	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	11 de junio de 2024	11 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 07 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
80	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
81	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
170	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
171	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
172	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
173	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
174	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
175	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
176	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	\$
178	Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI	X	
80	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	X	
81	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	X	

170	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
171	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
172	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
173	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
174	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
175	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
176	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
178	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
179	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Mtra. Zahyra Fabiola González Elixavide/Teleinformática	Dra. Giselle de la Cruz Hemida/Investigación
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	07 de junio de 2024	07 de junio de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 06 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión ***cualitativa detallada*** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
84	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
85	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
82	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	⊘
83	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	⊘
85	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	⊘
87	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	
89	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedical)	X	⊘

CONTROL DE EMISIÓN

	Revisó	Autorizó
Firma		

Nombre	Dr. José Manuel García Rivera	Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar /Dr. León Francisco Espinosa Cristobal
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	10 de junio de 2024	10 de junio de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
 COORDINACIÓN DE APOYO AL
 DESARROLLO ACADÉMICO





Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Dirección General de Servicios Administrativos
 Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
 Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 05 de junio de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-13-2024	Nombre de licitación: "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ
 Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.5.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cuantitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
1	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
2	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
3	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
4	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
5	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
7	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
8	Business & Marketing Maag, S.A de C.V	X	
1	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		X no cumple , debido a que en el catálogo que presente no especifica si contiene instrucciones mediante voz en idioma español de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
1	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
5	Química Tech, S.A. de C.V.	X	

8	Química Tech, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que el equipo que oferta es de 6" y la solicitada es de 12" de acuerdo al Anexo Técnico No .1.
3	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
5	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que el equipo que oferta tiene una capacidad de 150 kilos y el solicitado es de 200 kilos.
6	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido que el equipo que oferta tiene capacidad de 18 litros y la solicitada es de 12, los diámetros que oferta son de 630 x 485 x 450 y los solicitados son de 355 x 330 x 630, la temperatura de trabajo es de 105 a 134 grados y la solicitada es de 145 grados.
5	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	§
1	Alma Rosa Hernández Megamedical	X	
3	Alma Rosa Hernández Megamedical	X	
4	Alma Rosa Hernández Megamedical		X No cumple , debido a que en el catalogo no especifica la marca que esta ofertando.
5	Alma Rosa Hernández Megamedical	X	
6	Alma Rosa Hernández Megamedical	X	
7	Alma Rosa Hernández Megamedical	X	§

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dr. José Alonso Velasco	Dr. Rene Ramos Tamez
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico Proyecto
Fecha	05 de junio de 2024	05 de junio de 2024