



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

Licitación Pública Nacional
LA-67-034-908046996-N-13-2024

"Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"

Acta de la junta de aclaraciones

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien en lo sucesivo se le denominará "UACJ", da inicio el Acto de la junta de aclaraciones que se celebra el día viernes 24 de mayo del 2024 a las 12:00 horas en la sala de juntas "Riwi" de Rectoría, ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles No. 1210, Col. Foviste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32310, referente al procedimiento de Licitación Pública Nacional **LA-67-034-908046996-N-13-2024**, cuyo objeto es la **"Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ"**.

Conforme lo establece el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Artículos 45 y 46 de su Reglamento, así como en el punto 6.1 de las Bases de Licitación se da inicio al Acto de la junta de aclaraciones.

Preside el Acto: El Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ.

En la presente reunión participan las personas que a continuación se mencionan:

Por el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ	
Mtra. Marisol Borrego Chacón	Vocal
Mtra. Claudia Ivonne Cabriaes Duarte	Observadora
Lic. Martha Cecilia Reyes Rodríguez	Representante del Vocal
Lic. Elian Gabriela Castillo Molina	Representante del Órgano Interno de Control

Invitados	
Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar	Responsable Técnico
Dra. Luz María Velasco Silveyra	Responsable Técnico
Quim. Jorge Baylon Monarrez	Responsable Técnico
Mtra. Leticia Rivera Enríquez	Licitaciones
Mtra. Samantha Velázquez Rosales	Licitaciones
Lic. Olga Isabel Ibarra Moreno	Licitaciones
Mtro. Erick Gómez Rosales	Licitaciones

Licitantes (Representante)	
Nombre	Empresa
C. Mariela Espejo Ochoa	Grupo SIM
C. Diana Laura Velazquez Angeles	Aramed Laboratorio
C. Magdalena Quiroz Martínez	Equipos y Servicios para Laboratorios, S..A. de C.V.



Licitantes (Observador)	
Nombre	Empresa
Tomas David Guaderrama de la Peña	Kabla Comercial

Se procede a dar lectura a las dudas que manifestaron por correo electrónico las siguientes empresas:

Aramed y Laboratorio S.A. de C.V.	
Preguntas	
Numeral 4.2 "Fecha, lugar y condiciones de entrega <i>Será como lo marca la siguiente tabla y serán contados a partir del día hábil siguiente al Acto de notificación de fallo... Tiempo de entrega"</i> Para las partidas 35, 36, 37, 38,39,40, 41, 42,43, 44,45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,98, 99, 100 y 101 solicitamos atentamente a la convocante nos permita extender la fecha de entrega de lo solicitado adicionando 3 semanas a su requerimiento, en virtud de considerar que son bienes de importación y hay retrasos en cargas aéreas. ¿Se acepta?	R. El tiempo de entrega para las partidas 35, 36, 37, 38,39,40, 41, 42,43, 44,45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,98, 99, 100 y 101, será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.
"FORMATO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN" Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si la propuesta llevará el acomodo de acuerdo al "FORMATO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN" que se encuentra en el documento ANEXOS N13-2024 o de acuerdo al Numeral 7. "Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la licitación (contenido de las carpetas 1, 2 y 3)" Favor de aclarar	R. La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el numeral 7, "Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la licitación (contenido de las carpetas 1, 2 y 3)".

b).- De carácter técnico	
Preguntas	Respuestas
Numeral 7.15 "Propuesta Técnica" <i>"Estará disponible en CompraNet un archivo "propuestas N-13 2024" en Excel para que sea utilizado en la elaboración de sus proposiciones con las siguientes condiciones..."</i>	R. El archivo en "Excel" que contiene la "propuestas N-13 2024", será publicada al finalizar la Junta de aclaraciones con las modificaciones que se deriven de la misma.



Solicitamos atentamente a la convocante nos facilite el archivo "propuestas N-13 202 4" ya que en Compranet no se encuentra.



Los licitantes deberán entregar una memoria USB dentro de la carpeta No. 2, Propuesta Técnica, el cual se utilizará para agilizar el Acto de Apertura de ofertas técnicas y económicas, por la cantidad de partidas.

El formato en Excel que deberá incluir les será enviado al finalizar el acto, dicho documento deberá contener:

En la pestaña "propuesta económica": MARCA QUE COTIZA, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, IVA (Cuando aplique) y TOTAL, y en la columna "Observaciones" anotará los cambios derivados en esta Junta de aclaraciones.

No deberá eliminar renglones o partidas sobre todo en aquellas en las que no participe.

Esta pestaña contiene su propuesta económica, la cual deberá ser impresa en hoja membretada de la empresa, firmada por el Representante Legal y entregada en la carpeta 3 (propuesta económica) y permitirá que la pestaña "Propuesta Técnica" nos indique el total de partidas en las que participa (esta última no sustituye el Anexo Técnico No.1).

Numeral 7.15 "Propuesta Técnica"

"Se solicita mantener el orden del formato que se les envíe y no modificar el Anexo Técnico No.1, se debe utilizar solo para el llenado de proposiciones"

Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si el Anexo 1 solo se debe llenar los campos de Lugar de procedencia y Marca y modelo que "oferta"

¿es correcta nuestra apreciación?

Así mismo en caso de presentar otras características a las de referencia, se deberán plasmar en los campos de: Especificaciones técnicas, Medidas, Color, Garantía, Marcas y Modelos de "referencia"

¿es correcta nuestra apreciación?

Numeral 7.18 "Distribuidor autorizado"

"Los licitantes que participen en las partidas: 170, 171, 172, 173, 174 y 175 deberán entregar en su propuesta técnica carta por parte del fabricante"

En caso de no participar en dichas partidas, podemos entender que debemos presentar escrito libre en hoja membretada y firmada por representante legal donde se indique que dicho numeral NO APLICA a mi representada.

R. Es correcto, el Anexo Técnico No. 1, se debe de presentar con las especificaciones que el licitante este ofertando tales como: especificaciones técnicas, Medidas, Color, Garantía, Marcas y Modelos que oferta y lugar de procedencia, mismas que deben de coincidir con los catálogos presentados.

Si opta por imprimir el Anexo Técnico No.1, se entiende que oferta las mismas partidas con especificaciones idénticas a las descritas y solo debe indicar, lugar de procedencia, marca y modelo que "oferta".

R. Es correcto, puede presentar escrito donde manifiesta que no participa.



¿Es correcta nuestra apreciación?	
Numeral 7.21 "Residencia en la localidad" y 7.22 "Residencia en la localidad para Proveedores Foráneos" En el entendido que los numerales 7.21 y 7.22 solo aplican para los participantes en la partida 181, podemos entender que para cumplir con ambos únicamente debemos presentar escrito libre en hoja membretada y firmado por representante legal donde se indique que NO APLICA dicho punto a nuestra representada. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. Es correcto, puede presentar escrito donde manifiesta que no participa.
ANEXO 1 PARTIDA 67 (Renglón 1 a 7) Solicitamos atentamente a la convocante nos permita cotizar de forma independiente cada renglón de dicha partida, toda vez que posibilita ofertar simuladores de mejor calidad y características, lo cual representaría un costo-beneficio a la Universidad considerando que estos simuladores tienen una mayor durabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta?	R. La partida 67 no se puede dividir por simulador, se requiere ofertar el paquete completo. Las marcas y modelos que se presentan en el Anexo Técnico No.1 son únicamente de referencia, el licitante participante puede ofertar otra marca siempre y cuando sea equivalente o superior a lo solicitado.
ANEXO 1 PARTIDA 67 (Renglón 5) Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar Modelo de ojo humano en 7 piezas ya que reúne todas las características solicitadas en las bases. ¿Se acepta?	R. Para la partida 67 renglón 5, se acepta ofertar modelo de ojo humano de 7 piezas.



ANEXO 1 PARTIDA 67 (Renglón 6) Solicitamos amablemente a la convocante para esta partida nos permita ofertar un simulador que se puede inclinar, cuenta con alarma sensitiva cuando el otoscopio se inserta excesivamente, que cuente con 9 casos predeterminados - Normal - Otitis media serosa - Otitis media mucosa - Otitis media cronica - Otitis media suprativa aguda - Colesteatoma - Timpanoesclerosis - Perforaciones traumaticas - Bloqueo por cerumen Tambien incluye 2 tamaños de canales auditivos (normal y estenosis) e incluye cuerpos extraños y cerumen simulado. Se acepta la propuesta?	R. Las marcas y modelos que se presentan en el Anexo Técnico No.1 son únicamente de referencia, el licitante participante puede ofertar marcas y/o modelos distintos, siempre que sus características sean equivalentes o superiores a lo solicitado.
ANEXO 1 PARTIDA 68 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un simulador de cuerpo completo con características superiores a lo solicitado ya que al tener un cuerpo completo de un neonato las practicas son mas realistas que solo con la cabeza y nuestro neonato cuenta con RCP, via aerea desechable y sitios de pulso arterial. ¿Se aceptal a propuesta?	R. No se acepta, se requiere que se apegue a las características solicitadas en el Anexo Técnico No.1.
ANEXO 1 PARTIDA 69 Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare ¿Las medidas en esta partida son únicamente de referencia?	R. Para la partida 69 las medidas de referencia son las que deben ser consideradas para su propuesta, la convocante entiende que las marcas pueden variar, por lo que es importante apegarse a las dimensiones solicitadas.
ANEXO 1 PARTIDA 69 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un simulador con características superiores a lo solicitado ya que nuestro simulador cueta con software de retroalimentación CPR ADD-ON ¿Se acepta la propuesta?	R. Las marcas y modelos que se presentan en el Anexo Técnico No.1 son únicamente de referencia, el licitante participante puede ofertar marcas y/o modelos distintos, siempre que sus características sean equivalentes o superiores a lo solicitado.
ANEXO 1 PARTIDA 70 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un paquete de 2 modelos masculino y femenino para cateterismo vesical y enema. Lo	R. Puede ofertar un paquete de 2 modelos masculino y femenino para cateterismo vesical y enema. Las marcas y modelos del Anexo Técnico No.1 son de referencia, el licitante participante puede ofertar marcas o modelos



cual facilita la implementación de trabajo en dos grupos, uno con masculino y uno con femenino. ¿Se acepta la propuesta?	distintos, siempre que sus características sean equivalentes o superiores a lo solicitado.
ANEXO 1 PARTIDA 71 Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare ¿Las medidas en esta partida son únicamente de referencia?	R. Para la partida 71 las medidas de referencia son las que deben ser consideradas para su propuesta, la convocante entiende que las marcas pueden variar, por lo que es importante apegarse a las dimensiones solicitadas.
ANEXO 1 PARTIDA 72 Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare ¿Las medidas en esta partida son únicamente de referencia?	R. Para la partida 72 las medidas de referencia son las que deben ser consideradas para su propuesta, la convocante entiende que las marcas pueden variar, por lo que es importante apegarse a las dimensiones solicitadas.
ANEXO 1 PARTIDA 74 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un simulador con mayor costo beneficio ya que únicamente requiere cambio de almohadillas de punción y no piel de brazo completa. ¿Se acepta la propuesta?	R. Las marcas y modelos que se presentan en el Anexo Técnico No.1 son únicamente de referencia, el licitante participante puede ofertar otra marca siempre que sea equivalente o superior a lo solicitado.

carácter legal

Preguntas	Respuestas
Numeral 7.2 "Grado de contenido nacional" Manifestamos a la convocante que los simuladores propuestos por mi representada para las partidas 35, 36, 37, 38,39,40, 41, 42,43, 44,45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,98, 99, 100 y 101 son manufacturados al 100% internacionalmente, por Europa, Japón y/o Estados Unidos, ya que en México aún no se cuenta con la tecnología para su fabricación. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos amablemente a la convocante que para cumplir el numeral 7.2 "Grado de contenido nacional" nos permita presentar el Anexo 2 con el grado de contenido nacional que corresponden a las partidas propuestas que será menor al 65%. ¿Se acepta?	R. El licitante debe presentar un escrito por marca, escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad, dirigido a "El Comité" en original y papel membretado y firmado por su representante o apoderado legal, mencionando el número y nombre del proceso donde se justifique y manifieste que no existe producción nacional suficiente que garantice la calidad de los productos que se oferten.
Numeral 7.3 "Declaración de nacionalidad" ANEXO 3 Con relación a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos indique si en el Anexo 3, debemos indicar la nacionalidad de nuestros productos ofertados. Favor de aclarar	R. El licitante debe presentar un escrito por marca, escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad, dirigido a "El Comité" en original y papel membretado y firmado por su representante o apoderado legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y, que los bienes que oferta y



	entregarán en caso de ser adjudicados, cumplen con lo solicitado el punto 7.2 de estas Bases.
Numeral 7.9 "Declaración de Conocimiento del Modelo de Contrato y Póliza de Fianza" ANEXOS 8 Y 9 Solicitamos a la convocante nos señale si para cumplir en este numeral únicamente se deben presentar los Anexos 8 y 9 o también se deben adjuntar los machotes de contrato y de fianza firmados por el representante legal. Favor de aclarar	R. Se cumple con este numeral, únicamente presentando los Anexos 8 y 9 en hoja membreta de la empresa, firmados por el Representante Legal.
Numeral 7.13 "Información bancaria" ANEXO 12 Solicitamos atentamente la convocante nos pueda indicar si el Anexo 12 también deberá llevar firma del representante legal Favor de aclarar	R. Es correcto el Anexo 12 debe de llevar firma del Representante Legal.
Numeral 7.19 "Garantía de los bienes" "La convocante podrá hacer devoluciones y el proveedor deberá reponer o reparar en un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha de notificación, de acuerdo con lo siguiente: a) Reponer: Cuando se comprueben deficiencias imputables al proveedor dentro de los primeros treinta días de entregado el equipo. b) Reparar: Cuando se presenten fallas dentro del plazo de garantía especificado en el Anexo Técnico No.1" Para las partidas de las cuales presentaremos propuesta que son bienes importados y por la naturaleza de los mismos, solicitamos atentamente a la convocante acepte los siguientes términos: Tiempo de reparación en 72 horas si se dispone de las refacciones Tiempo de reparación en caso de no contar con las refacciones será de 6 a 8 semanas Tiempo de reposición 10 semanas	R. Se acepta para las partidas 36 a la 53 se acepta un tiempo de reparación en 72 horas si se dispone de las refacciones, tiempo de reparación en caso de no contar con las refacciones será de 6 a 8 semanas y un tiempo de reposición 10 semanas.

Instrumel, S.A. de C.V.	
Preguntas	Respuestas
<u>PREGUNTA 1</u> EN EL PUNTO 4.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. ESTAN SOLICITANDO LO SIGUIENTE: PARA LAS PARTIDAS 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 Y 168 ES DE 7 SEMANAS.	El tiempo de entrega para las partidas 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 Y 168, será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.



¿DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON DE IMPORTACION Y DE FABRICACION ESPECIAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A 12 SEMANAS?	
PREGUNTA 2 EN EL PUNTO 4.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. ESTAN SOLICITANDO LO SIGUIENTE: PARA LAS PARTIDAS 8, 21, 73, 84, 89, 106, 112, 118, 119, 120, 126 Y 127 ES DE 8 SEMANAS. ¿DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON DE IMPORTACION Y DE FABRICACION ESPECIAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A 12 SEMANAS?	El tiempo de entrega para las partidas 8, 21, 73, 84, 89, 106, 112, 118, 119, 120, 126 Y 127 será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	
Preguntas	Respuestas
b).- De carácter técnico	
Pregunta 1. Sección 7.16 Normas Oficiales Vigentes <i>Dice: Copia simple de la Certificación o certificaciones vigentes de la(s) norma(s) con las que cuentan para demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad.</i> Debemos entender que mi representada en este punto deberá presentar ISO 13485, ISO 9001 y Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, en caso de ofertar bienes de origen nacional. ¿Es correcto?	R. Para este proceso bastará con presentar escrito bajo protesta de decir verdad, dirigido a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en original y papel membretado dirigido al "El Comité" mencionando el número y nombre del proceso licitatorio, firmado por su representante o apoderado legal, en el que manifieste que los productos ofertados cumplen con las normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o las Normas de Referencia Aplicables; o las normas propias de calidad de la empresa).
Pregunta 2. Sección: 7.15 Propuesta Técnica <i>Dice: c) Deberá detallar las características técnicas, siempre en concordancia con lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1</i> Debemos entender que para la propuesta técnica se debe usar el formato tipo tabla del Anexo Técnico No.1, colocando la oferta a renglón seguido después de la especificación técnica solicitada., respetando el orden de los renglones. ¿Es correcto?	R. Es correcto, se debe de utilizar el Formato del Anexo Técnico No. 1, agregando las especificaciones que este ofertando, marca, modelo y lugar de procedencia.



Pregunta 3. Sección: 7.23 Presentación de catálogos. <i>Dice: Los licitantes deberán incluir dentro del sobre de propuesta técnica, los catálogos de cada una de las partidas; pueden ser originales, copias fotostáticas a color, o descargados de internet, pero impresos a color, deberán ser legibles, de preferencia en idioma español, de no ser así, deberán acompañar obligatoriamente la traducción simple al español</i> Debemos entender que el presentar la referenciación en un solo catálogo o ficha técnica, no será motivo de descalificación, mientras se demuestre que se cumple con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo no.1 ¿Es correcto?	R. La presentación de catálogos debe de coincidir con los bienes que este ofertando en el Anexo Técnico No. 1, incluyendo la descripción del bien. El no presentarlo así será motivo de descalificación
Pregunta 4. Sección: Bases N13, En la sección 4.2 Fecha, lugar y condiciones de entrega, en la table de entregas, partida 180. <i>Dice: En la table de descripción dice en la partida 180, en la columna de cantidad 4 unidades. En el anexo 1, en la partida 180 la cantidad a surtir serian 2 unidades.</i> Se pide a la convocante aclarar las cantidades definitivas de la partida 180.	R. Para la partida 180 “Cuna térmica” la cantidad correcta es de 2 unidades.
Pregunta 5. Sección: 7.25 Propuesta económica, inciso J, ejemplo de llenado de la propuesta económica. Tomando como referencia la sección de llenado de la propuesta económica en el apartado de Descripción, se pide a la convocante aclarar si en la descripción, deberá llenarse los datos completos solicitados en el anexo 1 o en su defecto solo la descripción genérica como en el ejemplo de la tabla del punto 4.2 de las Bases en su versión reducida.	R. El día de hoy se sube a la plataforma compranet el archivo en Excel, para que sea incluido en su propuesta, tomando en cuenta lo siguiente: Los licitantes deberán entregar una memoria USB dentro de la carpeta No. 2, Propuesta Técnica, el cual se utilizará para agilizar el Acto de Apertura de ofertas técnicas y económicas, por la cantidad de partidas. El formato en Excel que deberá incluir les será enviado al finalizar el acto, dicho documento deberá contener: En la pestaña “propuesta económica”: MARCA QUE COTIZA, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, IVA (Cuando aplique) y TOTAL, y en la columna “Observaciones” anotará los cambios derivados en esta Junta de aclaraciones. No deberá eliminar renglones o partidas sobre todo en aquellas en las que no participe. Esta pestaña contiene su propuesta económica, la cual deberá ser impresa en hoja membretada de la empresa, firmada por el Representante Legal y entregada en la carpeta 3 (propuesta económica) y permitirá que la pestaña “Propuesta Técnica” nos indique el total de partidas en las que participa (esta última no sustituye el Anexo Técnico No.1).



Química Tech, S.A. de C.V.

Preguntas	Respuestas
a).- De carácter administrativo	
Para las partidas 9, 11, 12, 13, 14 y 21. Solicitan original de carta del fabricante del equipo, en la manifieste bajo protesta de decir verdad que respalda de la propuesta presentada por el proveedor, lo anterior con la finalidad de garantizar el soporte y garantías del equipo ofertado. ¿Acepta la convocante que se presenten cartas de los importadores primarios?	R. Los licitantes que participen en las partidas: 9, 11, 12, 13, 14 y 21 deberán entregar en su propuesta técnica carta por parte del fabricante o mayorista en papel membretado donde acredite que el licitante es distribuidor autorizado en México de la marca que presenta en su propuesta, o en su lugar, carta del licitante en papel membretado firmada por su representante o apoderado legal donde declare bajo protesta de decir verdad que es distribuidor autorizado de la marca que presenta, <u>por cada partida y marca en la que participe</u>. A los licitantes que entreguen la carta bajo protesta de decir verdad, se les solicita que <u>incluyan dentro de esta carta un número de teléfono del fabricante y/o distribuidor, así como el nombre y puesto del contacto</u>. El no incluir esta información será motivo para desechar su propuesta. <u>Nota: La información proporcionada será objeto de revisión y comprobación por parte de la convocante y su área técnica en caso de que exista discrepancia en la información otorgada, será motivo para desechar su propuesta.</u>
Para todas las partidas, solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 9 semanas	R. El tiempo de entrega para las partidas: 8, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 89, 98, 99, 100, 101, 106, 112, 114, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a).- De carácter técnico	
Preguntas	Respuestas
Para la partida 22, localizador de venas. En las especificaciones técnicas no mencionan si el localizador debe incluir el soporte del visualizador. Sin el soporte, el localizador debe ser operado por dos personas al realizar las venopunciones; con el soporte, una sola persona puede hacer la punción. ¿se requiere sea	1.- Para la partida 22, si se requiere que se incluya el soporte del visualizador.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



incluido el soporte del visualizador? 	
Para la partida 9, analizador de química clínica. ¿requieren reactivos y consumibles de arranque? En caso de que se requieran, ¿para que parámetros requieren los reactivos y para cuantas pruebas?	R.- Si se requiere reactivos y consumibles de arranque. Así como sus controles, interfase y el software por un año. Los reactivos de arranque que debe incluir son: - Glucosa con 590 pruebas - Urea con 492 pruebas - Creatinina con 486 pruebas - Colesterol con 590 pruebas - Triglicéridos con 590 pruebas - ácido úrico con 445 pruebas - HDL colesterol con 200 pruebas - Proteínas totales con 900 pruebas - Albumina con 1000 pruebas - TGO/AST con 492 pruebas - TGP/ALT con 492 pruebas - GGT con 245 pruebas - CK con 245 pruebas - Bilirrubinas totales con 492 pruebas - Bilirrubinas directas con 492 pruebas - Fosfatasa alcalina con 492 pruebas - LDH con 492 pruebas - Calcio con 491 pruebas - Fosforo con 900 pruebas - Hierro con 975 pruebas
Para la partida 12, analizador de microbiología. ¿requieren reactivos y consumibles de arranque? En caso de que se requieran, ¿para qué parámetros requieren los reactivos y para cuantas pruebas?	R. Para la partida 12, si se requieren reactivos y consumibles de arranque. - Para Gram positivos, Gram negativos y urocultivos. 20 de cada uno. - Paneles Convencionales Overnight - Paneles de ID rápida - Paneles ESBL plus - Paneles MICroSTREP plus
Para la partida 21, lector tiras de orina. ¿requieren reactivos y consumibles de arranque? En caso de que se requieran, ¿para que cuantos paquetes de tiras y rollos de papel debe incluir la propuesta? ¿se requiere incluir controles?	R. Para la partida 21, lector de tiras si se requiere incluir controles, reactivos y consumibles de arranques: 2 paquetes de tiras 4 paquetes de rollo de papel



- Para las partidas 20, 125 y 127 referentes a microscopios, ¿se requiere instalación y capacitación en microscopía por personal certificado en microscopía?

R. Para las partidas 20, 125 y 127 no se requiere instalación y capacitación en microscopía por personal certificado.

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.

Preguntas	Respuestas
a).- De carácter administrativo	
PARTIDA 20 y 125 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ACEPTAN 125 DÍAS PARA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS 20 Y 125	R. El tiempo de entrega para las partidas 20 y 125 será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PARTIDA 15.- INCUBADORA ¿SE ACEPTA CON AGITACIÓN?	R. Para la partida 15, no se acepta con agitación.
PARTIDA 128.- AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO EN LA DESCRIPCIÓN SE DA COMO REFERENCIA EL MODELO 3870M DEL FABRICANTE TUTTNAUER, PERO SE SOLICITA UN EQUIPO CON SECADO Y CON PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. EL MODELO DE REFERENCIA AL SER SEMI-AUTOMATICO NO CUENTA CON PROGRAMAS ESTABLECIDOS. ¿SE REQUIEREN LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO DE REFERENCIA O LAS DE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA?	R. Se requiere de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No.1., para poder ajustar la temperatura y los tiempos.

Dentadec, S.A de C.V.

Preguntas	Respuestas
a).- De carácter administrativo	
Referente al tipo de licitación dice: "Presencial" Pregunta 1. ¿Es necesario que el representante legal asista al acto de "apertura de ofertas técnicas y económicas"?	R. No es necesario que asista el Representante Legal al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, con entregar o enviar por paquetería su propuesta es suficiente, siempre y cuando llegue en el día y en el horario estipulado en la Convocatoria y Bases de licitación.
Pregunta 2. ¿Se aceptarán propuestas enviadas por paquetería debidamente separadas en 3 folders (legal, técnica y económica) y en sobre sellado como se indica en las bases?	R. Es correcto, se aceptarán propuestas enviadas por paquetería debidamente separadas en 3 folders (legal, técnica y económica) y en sobre debidamente identificado, siempre y cuando llegue en el día y en el horario estipulado en la Convocatoria y en las Bases de licitación
Pregunta 3. Todos los actos serán de forma presencial y no es necesario cargar ningún documento de la presente licitación a la plataforma COMPRANET ¿es correcta nuestra apreciación? Ya	R. Es correcto toda la documentación se debe de entregar de manera presencial. y no es necesario cargar ningún documento de la presente licitación a la plataforma COMPRANET



que el sistema no permite agregarlo a procedimientos ni presentar interés de participación

b).- De carácter técnico

Preguntas

Respuestas

En el punto 7.15 PROPUESTA TÉCNICA menciona que en la plataforma COMPRANET estará disponible para descarga un archivo en Excel nombrado "**propuestas N-13 2024**" sin embargo este no se encuentra disponible en la plataforma, **Pregunta 1. ¿La universidad proporcionara este formato para la realización de propuesta tecnica?**

R. El día de hoy se sube a la plataforma compranet el archivo en Excel, para que sea incluido en su propuesta, tomando en cuenta lo siguiente:

Los licitantes deberán entregar una memoria USB dentro de la carpeta No. 2, Propuesta Técnica, el cual se utilizará para agilizar el Acto de Apertura de ofertas técnicas y económicas, por la cantidad de partidas.

El formato en Excel que deberá incluir les será enviado al finalizar el acto, dicho documento deberá contener:

En la pestaña "propuesta económica": MARCA QUE COTIZA, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, IVA (Cuando aplique) y TOTAL, y en la columna "Observaciones" anotará los cambios derivados en esta Junta de aclaraciones.

No deberá eliminar renglones o partidas sobre todo en aquellas en las que no participe.

Esta pestaña contiene su propuesta económica, la cual deberá ser impresa en hoja membretada de la empresa, firmada por el Representante Legal y entregada en la carpeta 3 (propuesta económica) y permitirá que la pestaña "Propuesta Técnica" nos indique el total de partidas en las que participa (esta última no sustituye el Anexo Técnico No.1).

En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa **Pregunta 2. ¿Qué formato se utilizará para presentar la propuesta técnica?**

R. El día de hoy se sube a la plataforma compranet el archivo en Excel, para que sea incluido en su propuesta, el cual no sustituye la presentación del Anexo Técnico No.1.

En el anexo 1 partida 128, en las características menciona dos pesos en kilogramos diferentes. En un punto indica peso de 78kg y en algunos puntos más adelante menciona peso de 81kg **Pregunta 3. El peso máximo es de 81kg y se aceptara cualquier peso inferior al ser una característica superior ¿Es correcta nuestra apreciación?**

R. El peso máximo del equipo debe ser no mayor a 81 kgs.

En el anexo 1 partida 128, en las características menciona una potencia de 2200W/13a. sin embargo, dado la capacidad solicitada de 85 litros, es mejor una potencia mayor para un optimo funcionamiento **Pregunta 4. ¿Se acepta que se oferte una autoclave con una potencia mayor a 2200W?**

R. Si se acepta mayor a 2200W.



En el punto 7.24 inciso 3 dice: ***“Una carta de recomendación que cuente con nombre, domicilio, teléfono y contacto de la empresa que la expida”***

Pregunta 5. ¿Esta carta debe ser expedida por un?

R. Se acepta que la carta sea expedida por un cliente, un proveedor y/o distribuidor, de contar con datos del contacto para corroborar dicha información.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

c).- De carácter legal	
Preguntas	Respuestas
Al ser un procedimiento de Licitación Pública Nacional Pregunta 1. Entendemos que se aceptara ofertar equipo de procedencia extranjera para la partida 128 ya que el modelo y marca de referencia no es de origen nacional ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. Las marcas y modelos son de referencia el proveedor podrá ofertar marcas diferentes siempre que sea equivalente a las características solicitadas en el Anexo Técnico, en caso de no contar con el porcentaje de grado de contenido nacional deberá presentar el escrito solicitado en el Anexo 7.2 de las Bases del presente proceso.
De ser afirmativa la pregunta anterior. Pregunta 2. Para dar cumplimiento al punto 7.2 ANEXO 2 Grado de contenido nacional, ¿es suficiente entregando este anexo con la leyenda “NO APLICA” y adjuntando a este una carta bajo protesta de decir verdad que ningún equipo nacional cumple con las características solicitadas firmada por el representante legal?	R. El licitante debe presentar un escrito por marca, escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad, dirigido a “El Comité” en original y papel membretado y firmado por su representante o apoderado legal, mencionando el número y nombre del proceso donde se justifique y manifieste que no existe producción nacional suficiente que garantice la calidad de los productos que se oferten.

Equipos Médicos Denamed, S. de R.L. de C.V.	
Preguntas	Respuestas
De carácter administrativo	
PUNTO 4.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS CUYO TIEMPO DE ENTREGA ES DE 8 SEMANAS SE PUEDA EXTENDER ESTE TIEMPO DE ENTREGA A 12 SEMANAS YA QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS QUE SE PRETENDE OFERTAR TALES COMO LOS EQUIPOS DE LABORATORIO SON DE ORIGEN EXTRANJERO Y REGULARMENTE LOS TIEMPOS DE TRANSITO SON MÁS EXTENSOS, ¿SE ACEPTA?	R. El tiempo de entrega para las partidas: 8, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42,43, 44,45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 89, 98, 99, 100,101, 106, 112, 114, 118,119, 120, 125, 126, 127, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 , será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo.
PUNTO 4.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUERA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS CUYO TIEMPO DE ENTREGA ES DE 8 SEMANAS SE PUEDA EXTENDER ESTE TIEMPO DE ENTREGA A 10 SEMANAS YA QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS QUE SE PRETENDE OFERTAR TALES COMO LOS EQUIPOS DE LABORATORIO SON DE ORIGEN EXTRANJERO Y REGULARMENTE LOS TIEMPOS DE TRANSITO SON MÁS EXTENSOS, ¿SE ACEPTA?	R. El tiempo de entrega para las partidas: 8, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42,43, 44,45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 89, 98, 99, 100,101, 106, 112, 114, 118,119, 120, 125, 126, 127, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 , será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUNTO 7.2 GRADO DE CONTENIDO NACIONALPREGUNTA: DADO QUE LOS EQUIPOS QUE SE PRETENDE OFERTAR SON EN SU MAYORIA DE CARÁCTER EXTRANJERO, INCLUSO LAS MARCAS QUE SOLICITAN EN EL ANEXO TÉCNICO SON DE FABRICACIÓN 100% EXTRANJERA, SE DA POR ENTENDIDO QUE BASTARA CON PRESENTAR UNA SOLA CARTA QUE CUBRA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS DONDE SE MANIFIESTE QUE NO SE OFERTAN EQUIPOS CON PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	R. El licitante debe presentar un escrito por marca, escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad, dirigido a "El Comité" en original y papel membretado y firmado por su representante o apoderado legal, mencionando el número y nombre del proceso donde se justifique y manifieste que no existe producción nacional suficiente que garantice la calidad de los productos que se oferten.
PUNTO 7.2 GRADO DE CONTENIDO NACIONALPREGUNTA: SE DA POR ENTENDIDO QUE AL PRESENTAR LA CARTA DONDE SE MANIFIESTE QUE NO SE OFERTAN EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL, YA NO SERA NECESARIO PRESENTAR EL ANEXO 2, DONDE SE MANIFIESTA QUE LAS PARTIDAS OFERTADAS SON PRODUCIDAS EN MÉXICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	R. El licitante debe presentar un escrito por marca, escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad, dirigido a "El Comité" en original y papel membretado y firmado por su representante o apoderado legal, mencionando el número y nombre del proceso donde se justifique y manifieste que no existe producción nacional suficiente que garantice la calidad de los productos que se oferten.
b).- De carácter técnico	
Preguntas	Respuestas
PARTIDA 8 MONITOR CARDIACO DE 7 PARAMETROSPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PANTALLA DE 12.1 PULGADAS, ¿SE ACEPTA?	R. Si se acepta ofertar el monitor de signos vitales con pantalla de 12.1 pulgadas.
PARTIDA 8 MONITOR CARDIACO DE 7 PARAMETROSPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON DURACIÓN DE BATERIA EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE 2 HORAS CON LA CARGA COMPLETA, ¿SE ACEPTA?	R. No se acepta oferta el monitor de signos vitales con duración de batería en funcionamiento continuo de 2 horas, se requiere lo solicitado.

Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.

Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	
Preguntas	Respuestas
1. Punto 4.2 "Fecha, lugar y condiciones de entrega" la convocante solicita un tiempo de 7 a 8 semanas para el entrega de las partidas 15, 17,18,114,127 y 169. Considerando aún se vive desabasto mundial de algunas materias primas. Además de su procedencia y naturaleza de estos productos solicitamos a la convocante se acepte un tiempo de entrega de 12 semanas a partir de la firma del contrato.	R. Para las partidas 15, 17, 18, 114, 127 y 169 , el tiempo de entrega será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.



2. Punto 6.8 Firma del contrato, inciso a) La óliza de fianza, solicitamos la aceptación de cheque cruzado para la entrega de los bienes. General: Entendemos que como en otras ocasiones se aplicará en caso de empate la diferenciación del 8% para los proveedores que tengan su domicilio fiscal en el estado de Chihuahua, ¿estamos en lo correcto?	R. No se acepta, de resultar adjudicado tendrá que entregar póliza de fianza como se establece en las bases de licitación. R. La evaluación de precios se realiza en base a los subtotales de cada partida.
---	---

Pranatec, S.A. de C.V.

Preguntas	Respuestas
PREGUNTA 1 REFERENCIA 7. Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la Licitación (contenido de las carpetas 1,2 y 3) Se hace mención que los escritos son en formato libre bajo protesta de decir verdad y debe ser uno por cada punto que se solicita y dirigidos al Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ. Sin embargo, la Convocante nos proporciona algunos formatos ya establecidos para algunos numerales. Entendemos que utilizaremos los formatos que vienen en el archivo denominado Anexos N13-2024 y en los numerales donde no se nos proporcione formato los escritos serán en formato libre. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. Es correcto se pueden utilizar los formatos que vienen en el archivo denominado Anexos N13-2024 y en los numerales donde no se proporcione formato los escritos serán en formato libre.
PREGUNTA 2 REFERENCIA 7. Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la Licitación (contenido de las carpetas 1,2 y 3) Contenido de la carpeta No.1 (legal) En el numeral 7.1 solicitan escrito en donde se manifieste interés para participar en la licitación o registro de inscripción de CompraNet. Sin embargo, en la Plataforma de CompraNet no está habilitada la opción de "agregar a mis procedimientos" la licitación y por consecuencia no se emite ningún acuse del registro / inscripción. Solicitamos a la -convocante acepte únicamente presentar el escrito de interés para	R. Si se acepta presentar el escrito de interés para participar en la licitación en formato libre.



participar en la licitación en formato libre. ¿se acepta nuestra propuesta?	
PREGUNTA 3 REFERENCIA 7. Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la Licitación (contenido de las carpetas 1,2 y 3) Contenido de la carpeta No.2 (técnica) Se menciona que estará disponible en CompraNet un archivo "Propuestas N-13 2024" en Excel. Sin embargo, a la fecha no se encuentra disponible ningún archivo con estas características para su consulta y descarga. Solicitamos a la Convocante nos facilite este archivo o bien nos indique cuando estará disponible en la Plataforma CompraNet.	R. El día de hoy se sube a la plataforma compranet el archivo en Excel, para que sea incluido en su propuesta, tomando en cuenta lo siguiente: Los licitantes deberán entregar una memoria USB dentro de la carpeta No. 2, Propuesta Técnica, el cual se utilizará para agilizar el Acto de Apertura de ofertas técnicas y económicas, por la cantidad de partidas. El formato en Excel que deberá incluir les será enviado al finalizar el acto, dicho documento deberá contener: En la pestaña "propuesta económica": MARCA QUE COTIZA, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, IVA (Cuando aplique) y TOTAL, y en la columna "Observaciones" anotará los cambios derivados en esta Junta de aclaraciones. No deberá eliminar renglones o partidas sobre todo en aquellas en las que no participe. Esta pestaña contiene su propuesta económica, la cual deberá ser impresa en hoja membretada de la empresa, firmada por el Representante Legal y entregada en la carpeta 3 (propuesta económica) y permitirá que la pestaña "Propuesta Técnica" nos indique el total de partidas en las que participa (esta última no sustituye el Anexo Técnico No.1).
PREGUNTA 4 REFERENCIA 7. Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la Licitación (contenido de las carpetas 1,2 y 3) Contenido de la carpeta No.2 (técnica) Entendemos que la propuesta técnica la presentaremos impresa utilizando el formato que se proporciona dentro del archivo denominado "propuestas N-13 2024" en Excel segunda pestaña y no en el formato Anexo técnico No.1. ¿es correcta nuestra apreciación?	R. Se debe de utilizar el formato de Anexo Técnico No. 1, el formato Excel es para agilizar el acto de Apertura. Esta última no sustituye el Anexo Técnico No.1).



PREGUNTA 5 REFERENCIA 7. Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes durante el Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas de la Licitación (contenido de las carpetas 1,2 y 3) Contenido de la carpeta No.2 (técnica) 7.18 Distribuidor autorizado Entendemos que la carta de distribuidor autorizado se presentará únicamente para las Partidas 170,171,172,173,174 y 175 en caso de ofertarlas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. La carta de distribuidor autorizado aplica para las partidas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 36 a la 53 69, 72, 73, 74, 100, 105, de la 170 a la 175, 177 y 180.
PREGUNTA 6 REFERENCIA 4.2 Fecha, lugar y condiciones de entrega Solicitamos a la Convocante ampliar el tiempo de entrega de 7 / 8 semanas a 12 semanas, debido a que algunos Bienes son de importación. ¿Se acepta nuestra Solicitud?	R. El tiempo de entrega para las partidas: 8, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42,43, 44,45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 89, 98, 99, 100,101, 106, 112, 114, 118,119, 120, 125, 126, 127, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 , será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo.

EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMÉDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
1.- Suficiencia presupuestal Se solicita amablemente a la convocante aclarar si las obligaciones de pago que su H. Institución contraiga con los proveedores adjudicados de la presente licitación, una vez que estos cumplan con sus obligaciones para con su H. Instituto, se les pagará en este año fiscal 2024, sin que se lleve a pasivo a los siguientes años. Favor de aclarar.	R. El pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura original que ampare la entrega TOTAL de los bienes y servicios contratados, la cual deberá ser emitida hasta la confirmación mediante escrito de recepción del Responsable Técnico, donde notifica que fue recibido el bien o servicio a entera satisfacción.
7.24.- Curriculum Se solicita amablemente a la convocante poder entregar Facturas y contratos con los precios y montos ofertados ocultos. ¿se acepta?	R. No se aceptan documentos testados.

).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
1. Podemos ofertar equipos similares que cumplan con las características solicitadas, pero que no sean de la marca que detallan como referencia?	R. Las marcas y modelos que se presentan en el Anexo Técnico son únicamente de referencia, el licitante participante puede ofertar otra marca siempre y cuando sea equivalente o superior a lo solicitado.



2. Para las partidas 55, 65, 67(renglón 7/7), 68, 69, 70, 71, 72, 74, 98, 99 y 124 , solicitan un tiempo de entrega de 56 días, para estas partidas no existe fabricación nacional y por esta causa el tiempo de entrega se extiende considerablemente por los trámites de importación, por lo que solicitó a la convocante que para las partidas mencionadas el tiempo de entrega sea extendido a 90 días naturales, ¿Se acepta?	R. El tiempo de entrega para las partidas: 55, 65, 67(renglón 7/7), 68, 69, 70, 71, 72, 74, 98, 99 y 124, será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo.
3. Para la partida 14 del analizador de electrolitos. ¿Es necesario la medición de sangre total, suero, plasma, orina y otros líquidos corporales? 2. ¿Consideraría aceptar un equipo que solo mide suero? 3. En caso de ser positiva la anterior. ¿Tomarían a consideración un analizador de electrolitos para muestras en copa únicamente?	R. Si es necesario la medición de sangre total, suero, plasma, orina y otros líquidos corporales R. No se acepta equipo que solo mida suero. R. No se acepta analizador de electrolitos para muestras en copa/

Preguntas	Respuestas
1. PARTIDA 58 SOLICITAN TECNOLOGÍA BIOSENSOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODRÍA LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR GLUCÓMETRO CON UNA TECNOLOGÍA POR BIOSENSOR GLUCOSA OXIDASA. ¿SE ACEPTA?	R. No se acepta la propuesta, se requiere el producto solicitado con las especificaciones del anexo
2. PARTIDA 58 SOLICITAN LINEALIDAD: 10~600 MG/DK (0.6~33.3 MMOL/L), CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LINEALIDAD DE 20-600 MG/DL (1.1 A 33.3 MMOL/L). ¿SE ACEPTA?	R. No se acepta la propuesta, se requiere el producto solicitado con las especificaciones del anexo
3. PARTIDA 58 SOLICITAN ALMACENAMIENTO DE 400 RESULTADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO PERMITA OFERTAR GLUCÓMETRO CON UN ALMACENAMIENTO DE 300 RESULTADOS CON FECHA Y HORA ¿SE ACEPTA?	R. No se acepta la propuesta, se requiere el producto solicitado con las especificaciones del anexo



4. PARTIDA 58 SOLICITAN TIEMPO DE REACCIÓN DE 5 SEGUNDOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTAR OFERTAR GLUCÓMETRO CON TIEMPO DE PRUEBA DE 10 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	R. No se acepta la propuesta, se requiere el producto solicitado con las especificaciones del anexo
5. PARTIDA 58 SOLICITAN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.9 UL, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODRÍA LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR GLUCÓMETRO CON UN VOLUMEN DE MUESTRAS DE 0.4UL. ¿SE ACEPTA?	R. No se acepta la propuesta, se requiere el producto solicitado con las especificaciones del anexo
6. PARTIDA 58 SOLICITAN CHIP DE CÓDIGO, PODRÍA LA CONVOCANTE CORROBORARNOS SI DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A CHIP DE CÓDIGO AL CIRCUITO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA QUE CUENTA CADA TIRA NO REQUIERE UN CHIP CODIFICADOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	R. Es correcta la apreciación.
7. PARTIDA 125 SOLICITAN MICROSCOPIO BINOCULAR PARA EDUCACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR MICROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MISA CALIDAD: MODELO CON OCULAR/ES DE WF10X/18 MM, REVÓLVER PORTA-OBJETIVOS CUÁDRUPLE. PLATINA MECÁNICA INTEGRADA (X,Y). CONDENSADOR DE ABBE REGULABLE EN ALTURA CON DIAFRAGMA IRIS Y ANILLO PORTA FILTROS. OPERACIÓN CON BATERÍAS RECARGABLES (AA INCLUIDAS) Y CABLE DE CORRIENTE. REVESTIMIENTO APL (CAPA DE PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA). MANDOS DE ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIALES CON TOPE DE SEGURIDAD. ILUMINACIÓN 1 W LED. ESTATIVO DE DISEÑO ERGONÓMICO, INCLINACIÓN DE 30°, ROTACIÓN DE 360°, DISTANCIA INTER-PUPILAR AJUSTABLE ENTRE 48 Y 75 MM, CAMPO VISUAL: 18 MM, CORRECCIÓN DE DIOPTRÍAS +/- 5 EN EL PORTA-OCULAR IZQUIERDO, LOS MODELOS ECOBLUE SE PUEDEN SUMINISTRAR CON CABEZAL DE DISCUSIÓN OPCIONAL, OBJETIVOS ACROMÁTICOS 4X/0,10, 10X/0,25, S40X/0,65 Y S100X/1,25, LOS OBJETIVOS S40X, S60X (NO INCLUIDO) Y S100X/INMERSIÓN EN ACEITE SON RETRÁCTILES, TODAS LAS ÓPTICAS TIENEN TRATAMIENTO ANTI-MOHO	R. La denominación establecida en función del uso rudo que se pretende por la necesidad a cubrir no limita la participación, siempre y cuando se cumplan el uso y requerimientos solicitados.



Y TRATAMIENTO MULTI CAPAS PARA UNA MAYOR TRANSMISIÓN DE LA LUZ, ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIAL, MICROMÉTRICO CON 200 GRADUACIONES, 12.5 UM GRADUACIÓN, 2.5 MM ROTACIÓN, DESPLAZAMIENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 15 MM, CON AJUSTE DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA PLATINA PARA PROTEGER LA MUESTRA Y LOS OBJETIVOS, PLATINA MECÁNICA INTEGRADA (X,Y) DE 70 X 25 MM, PLATINA MÓVIL DE 123 X 128 MM, CONDENSADOR DE ABBE REGULABLE EN ALTURA CON DIAFRAGMA IRIS Y ANILLO PORTA FILTROS, LOS MODELOS CON PLATINA MECÁNICA X-Y INTEGRADA SE SUMINISTRAN CON BATERÍAS RECARGABLES Y UN ALIMENTADOR/CARGADOR EXTERNO DE 100-240 V., LUMINACIÓN AJUSTABLE 1 W NEOLED™ QUE AUMENTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ Y CONTRASTE, SUMINISTRADO CON CABLE DE ALIMENTACIÓN O ALIMENTADOR/CARGADOR, FILTRO BLANCO, FUNDA DE PROTECCIÓN, FUSIBLE, MANUAL DE INSTRUCCIONES Y BOTELLÍN DE ACEITE DE INMERSIÓN 5 ML (EN MODELOS CON OBJETIVO 100X), LOS MODELOS ECOBLUE CON ADAPTADOR DE RED EXTERNO Y PLATINA X-Y (EC.1X5X) SE SUMINISTRAN CON TRES PILAS AA RECARGABLES, EN LA PARTE POSTERIOR DEL MICROSCOPIO HAY UNA RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA ASEGURAR EL INSTRUMENTO DEL HURTO.

PARTIDA 127 SOLICITAN MICROSCOPIO A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR MICROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MISA CALIDAD: MODELO CON OCULAR/ES DE WF10X/18 MM, REVÓLVER PORTA-OBJETIVOS CUÁDRUPLE. PLATINA MECÁNICA INTEGRADA (X,Y). CONDENSADOR DE ABBE REGULABLE EN ALTURA CON DIAFRAGMA IRIS Y ANILLO PORTA FILTROS. OPERACIÓN CON BATERÍAS RECARGABLES (AA INCLUIDAS) Y CABLE DE CORRIENTE. REVESTIMIENTO APL (CAPA DE PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA). MANDOS DE ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIALES CON TOPE DE SEGURIDAD. ILUMINACIÓN 1 W LED. ESTATIVO DE DISEÑO ERGONÓMICO, INCLINACIÓN DE 30°, ROTACIÓN DE 360°, DISTANCIA INTER-PUPILAR AJUSTABLE ENTRE 48 Y 75 MM, CAMPO VISUAL: 18 MM, CORRECCIÓN DE DIOPTRÍAS +/- 5 EN EL

R. La denominación establecida en función del uso rudo que se pretende por la necesidad a cubrir no limita la participación, siempre y cuando se cumplan el uso y requerimientos solicitados.



PORTA-OCULAR IZQUIERDO, LOS MODELOS ECOBLUE SE PUEDEN SUMINISTRAR CON CABEZAL DE DISCUSIÓN OPCIONAL, OBJETIVOS ACROMÁTICOS 4X/0,10, 10X/0,25, S40X/0,65 Y S100X/1,25, LOS OBJETIVOS S40X, S60X (NO INCLUIDO) Y S100X/INMERSIÓN EN ACEITE SON RETRÁCTILES, TODAS LAS ÓPTICAS TIENEN TRATAMIENTO ANTI-MOHO Y TRATAMIENTO MULTI CAPAS PARA UNA MAYOR TRANSMISIÓN DE LA LUZ, ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIAL, MICROMÉTRICO CON 200 GRADUACIONES, 12.5 UM GRADUACIÓN, 2.5 MM ROTACIÓN, DESPLAZAMIENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 15 MM, CON AJUSTE DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA PLATINA PARA PROTEGER LA MUESTRA Y LOS OBJETIVOS, PLATINA MECÁNICA INTEGRADA (X,Y) DE 70 X 25 MM, PLATINA MÓVIL DE 123 X 128 MM, CONDENSADOR DE ABBE REGULABLE EN ALTURA CON DIAFRAGMA IRIS Y ANILLO PORTA FILTROS, LOS MODELOS CON PLATINA MECÁNICA X-Y INTEGRADA SE SUMINISTRAN CON BATERÍAS RECARGABLES Y UN ALIMENTADOR/CARGADOR EXTERNO DE 100-240 V., LUMINACIÓN AJUSTABLE 1 W NEOLED™ QUE AUMENTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ Y CONTRASTE, SUMINISTRADO CON CABLE DE ALIMENTACIÓN O ALIMENTADOR/CARGADOR, FILTRO BLANCO, FUNDA DE PROTECCIÓN, FUSIBLE, MANUAL DE INSTRUCCIONES Y BOTELLÍN DE ACEITE DE INMERSIÓN 5 ML (EN MODELOS CON OBJETIVO 100X), LOS MODELOS ECOBLUE CON ADAPTADOR DE RED EXTERNO Y PLATINA X-Y (EC.1X5X) SE SUMINISTRAN CON TRES PILAS AA RECARGABLES, EN LA PARTE POSTERIOR DEL MICROSCOPIO HAY UNA RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA ASEGURAR EL INSTRUMENTO DEL HURTO.

Oficasa, S.A de C.V.

Preguntas	Respuestas
a) De carácter administrativo Partida 181: Especifican 15 semanas tiempo de entrega, al llegar el mobiliario y resguardarlo nosotros, podría liquidarse la factura, ya que debido a los constantes incrementos y al tiempo de nosotros tener que liquidar ese mobiliario se excede de nuestras posibilidades.	R. No se acepta, deberá apegarse a los tiempos de entrega establecidos para esta partida.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
-----------	------------



PARTIDA 181, 1/15: ESCRITORIO BASIC EN "L", la melanina termofusionada es de 19 mms, no de 28mms, como se indica en el material.

PARTIDA 181, RENGLON 4/15: CONJUNTO EJECUTIVO BASIC: Solicita el conjunto Basic con cajonera Spazio y Librero Spazio, le conviene mas pedir el conjunto Spazio, saldría más económico-

Partida 181, RWENGLON 13/15: Los cajones vienen en melanina, no metálicos, como se especifica, super resistente no hemos tenido nunca ningún problema.

R. Renglón 1/15: dice: Melamina termofusionada de 28 mm por ambas caras y T/moulding en todos sus cantos y *debe decir:* Melamina termofusionada de 19 mm por ambas caras y T/moulding en todos sus cantos.

R. renglón 4/15: Se acepta la propuesta.

***Respuesta renglón 13/15:** dice: Archivero vertical de 3 gavetas con jaladeras metálicas, Se compone de 2 cajones y 1 archivador papelerero, además de contar con una cerradura. Fabricado en melamina termofusionada . Cajones en lámina de acero Cantos cubiertos de chapacinta de PVC. Rodajas y cerradura lateral con dos llaves. y *debe decir:* Archivero vertical de 3 gavetas con jaladeras metálicas, fabricado en melamina termofusionada y cantos cubiertos de chapacinta de PVC, se compone de 2 cajones y 1 archivador papelerero en aglomerado de 16 mm de espesor, además de contar con una cerradura metálica de 22 mm con dos llaves.

Aclaraciones Generales:

- La Convocante manifiesta que se extingue la necesidad de adquirir los bienes solicitados 148 por lo que se cancela dicha partida (No eliminar este renglón del archivo de Excel)
- La visita a sitio es opcional
- El tiempo de entrega para las partidas: 8, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 89, 98, 99, 100, 101, 106, 112, 114, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 , será de 10 semanas contadas a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo.
- Todos los documentos entregados en su propuesta técnica y económica se verificarán por cualquier medio documental o electrónico en la etapa de revisión cualitativa detallada. En caso de haber discrepancias en la información presentada se desechará la propuesta.
- Favor de considerar el formato de revisión de documentos que viene anexo en las bases para la integración de sus propuestas y cotejar que incluyó todos los documentos de las carpetas, ya que la omisión de alguno es motivo para desechar la propuesta.
- El día de hoy se subirá a la plataforma Compranet, el archivo en Excel con las modificaciones realizadas en las partidas.
- Para la partida 179 la cantidad solicitada son 2.
- La carta de distribuidor autorizado aplica para las partidas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 36 a la 53 69, 72, 73, 74, 100, 105, de la 170 a la 175, 177 y 180.
- Las preguntas de la empresa Ceteñ Ideas S. de R.L. de C.V., llegaron fuera del tiempo estipulado por lo que no se consideraron para dar respuesta en la presente acta.

Se recuerda a los licitantes participantes que deberán entregar a tiempo sus propuestas técnicas y económicas en la fecha y horario establecido en las Bases de este proceso licitatorio ya que, concluido este plazo, la Convocante NO aceptará la entrega de propuestas ni la entrada al recinto. El plazo indicado es el día **Viernes 31 de mayo del 2024 a las 10:00 horas**, en la sala de juntas "Calmecac" de Rectoría, ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles No. 1210, Col. Foviste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32310.

Sin formular ninguna observación al desarrollo del Acto ni a la conformación del Acta, del Órgano de Control y la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se procede



a rubricar el Acta siendo las 12:45 horas del viernes 24 de mayo del 2024 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Por el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente

Mtra. Marisol Borrego Chacon
Vocal

Mtra. Claudia Ivonne Cabriaes Duarte
Observadora



Asesores del Comité

Mtra. Martha Cecilia Reyes Rodríguez
En representación de Abogado General / Mtro. René Javier Soto Cavazos

Por el Órgano de Control

Lic. Elian Gabriela Castillo Molina
En representación del Contralor General / Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias



Invitados	
 Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar	Responsable Técnico
 Quim. Jorge Baylon Montarrez	Responsable Técnico
 Dra. Luz María Velasco Silveyra	Asesor Técnico
 Mtra. Leticia Rivera Enríquez	Asesor Técnico
 Mtra. Samantha Velázquez Rosales	Licitaciones
 Mtra. Olga Isabel Ibarra Moreno	Licitaciones
 Mtro. Erick Gómez Rosales	Licitaciones

Licitantes	
Nombre	Empresa
Tomás D. Guadarrama De la Peña ^(Observador)	Kabla Comercial
Manuela Espayo Ochoa	Grupo SIM
Magdalena Quiróz Mtz	Equipos y Servicios para Laboratorio
Diana Laura Velázquez Angeles	Aramed y Laboratorio